

WARUNKI WYSYŁANIA URZĄDZEŃ DO SERWISU VIMEX ENDOSCOPY

1. Sprzęt dostarczany/wysyłany do Serwisu Vimex Endoscopy, powinien być w stanie czystym, tzn. po przeprowadzeniu procedury mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
2. Potwierdzenie przeprowadzenia mycia i dezynfekcji dokonuje się w Protokole poświadczającym czystość wyrobu.
3. W przypadku, gdy niemożliwe jest przeprowadzenie mycia i dezynfekcji dostarczający/wysyłający powinien umieścić stosowną informację na opakowaniu zawierającym wyrób. Należy wówczas zabezpieczyć opakowanie przed kontaminacją oraz przypadkowym otwarciem przy pomocy taśmy z nadrukiem ostrzegawczym lub innym oznaczeniem informującym o powyższym.
4. Paczka dostarczana/wysyłana do serwisu powinna zawierać oznaczenie, że jest nadawana do Działu Serwisu.

DZIAŁ SERWISU
(Piotr Bednarczyk)
Vimex Sp. z o. o.
ul. Toruńska 27
44-122 Gliwice, POLSKA

5. Firma Vimex Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, do odmówienia przyjęcia i odesłania urządzenia, które nie posiada protokołu potwierdzającego czystość wyrobu.


VIMEX Sp. z o.o.

ul. Toruńska 27, 44-122 Gliwice

KRS: 0000118908

REGON: 277735474

NIP: PL6422181613

 + 48 32 230 86 82

 + 48 32 230 86 83

 office@vimex.eu

 www.vimex-endoscopy.com

Santander Bank Polska S.A.

PLN: 41 1090 1766 0000 0001 1969 2863

EUR: 91 1090 1766 0000 0001 1969 6619

BIC (SWIFT-Code): WBPPLPPP